

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0821

F

QCP Data Months : **August, September, October**
Mois de Contrôle : **Août, Septembre, Octobre**



2021-11-05

Instruments : SYSMEX (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B0821L	LOT	B0821N	LOT	B0821H
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
SYSMEX	WBC/GB	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	2,10 ± 0,40	7,70 ± 1,00	19,70 ± 2,00		
SYSMEX KX-21	LYM% *	%	36,5 ± 36,5	32,5 ± 32,5	14,5 ± 14,5		
	MXD% *	%	6,0 ± 6,0	3,0 ± 3,0	3,0 ± 3,0		
	NEUT% *	%	57,5 ± 42,5	64,5 ± 35,5	82,5 ± 17,5		
	LYM# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,8 ± 0,8	2,5 ± 2,5	2,9 ± 2,9		
	MXD# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,2	0,6 ± 0,6		
	NEUT# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,2 ± 1,2	5,0 ± 3,7	16,3 ± 5,4		
	RBC/GR	$10^6/\mu\text{L} \& 10^{12}/\text{L}$	2,35 ± 0,16	4,60 ± 0,20	5,70 ± 0,25		
	Hgb	g/dL	6,0 ± 0,4	13,6 ± 0,5	18,6 ± 0,7		
		g/L	60 ± 4	136 ± 5	186 ± 7		
		mmol/L	3,73 ± 0,25	8,45 ± 0,31	11,55 ± 0,43		
	Hct	%	17,0 ± 2,5	37,5 ± 2,7	50,3 ± 3,0		
		L/L	0,170 ± 0,025	0,375 ± 0,027	0,503 ± 0,030		
	MCV/VGM	fL	72,3 ± 6,0	81,5 ± 6,0	88,2 ± 6,0		
	MCH/TCMH	pg	25,5 ± 2,5	29,6 ± 3,0	32,6 ± 3,2		
		fmol	1,59 ± 0,16	1,84 ± 0,19	2,03 ± 0,20		
	MCHC/CCMH	g/dL	35,3 ± 4,0	36,3 ± 4,0	37,0 ± 4,0		
		g/L	353 ± 40	363 ± 40	370 ± 40		
		mmol/L	21,9 ± 2,5	22,5 ± 2,5	23,0 ± 2,5		
	RDW-CV/IDR-CV	%	15,5 ± 5,0	14,5 ± 5,0	12,0 ± 5,0		
	RDW-SD/IDR-SD	fL	37,0 ± 11,0	37,0 ± 12,0	38,5 ± 13,0		
Plt	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	60 ± 20	265 ± 40	580 ± 60			
MPV/VPM	fL	9,0 ± 3,5	9,1 ± 3,5	9,4 ± 3,5			
PDW/IDP	fL	13,5 ± 10,0	12,5 ± 10,0	12,5 ± 10,0			
P-LCR/RGC	%	23,5 ± 15,0	24,0 ± 15,0	23,0 ± 15,0			
Pct	%	0,05 ± 0,04	0,24 ± 0,15	0,55 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

