

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0821

L

QCP Data Months : **August, September, October**
Mois de Contrôle : **Août, Septembre, Octobre**



2021-11-05

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)		CONTROL		L	CONTROL		N	CONTROL		H
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B0821L	LOT	B0821N	LOT	B0821H	Mean	Limit	
		Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites	
SYSMEX SYSMEX XP-100 SYSMEX XP-300	WBC/GB	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,1	± 0,4	7,3	± 1,0	18,6	± 2,0		
	LYM% *	%	56,0	± 44,0	31,5	± 31,5	14,0	± 14,0		
	MXD% *	%	3,0	± 3,0	1,5	± 1,5	1,5	± 1,5		
	NEUT% *	%	41,0	± 41,0	67,0	± 33,0	84,5	± 15,5		
	LYM# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,2	± 0,9	2,3	± 2,3	2,6	± 2,6		
	MXD# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,1	± 0,1	0,1	± 0,1	0,3	± 0,3		
	NEUT# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,9	± 0,9	4,9	± 3,4	15,7	± 4,9		
	RBC/GR	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,35	± 0,16	4,65	± 0,20	5,75	± 0,25		
	Hgb	g/dL	5,7	± 0,4	13,0	± 0,5	17,8	± 0,7		
		g/L	57	± 4	130	± 5	178	± 7		
		mmol/L	3,54	± 0,25	8,07	± 0,31	11,05	± 0,43		
	Hct	%	16,6	± 2,5	36,3	± 2,7	49,4	± 3,0		
		L/L	0,166	± 0,025	0,363	± 0,027	0,494	± 0,030		
		MCV/VGM	fL	70,6	± 6,0	78,1	± 6,0	85,9	± 6,0	
		MCH/TCMH	pg	24,3	± 2,5	28,0	± 3,0	31,0	± 3,2	
			fmol	1,51	± 0,16	1,74	± 0,19	1,92	± 0,20	
		MCHC/CCMH	g/dL	34,3	± 4,0	35,8	± 4,0	36,0	± 4,0	
			g/L	343	± 40	358	± 40	360	± 40	
			mmol/L	21,3	± 2,5	22,2	± 2,5	22,4	± 2,5	
	RDW-CV/IDR-CV	%	13,0	± 5,0	12,0	± 5,0	13,0	± 5,0		
	RDW-SD/IDR-SD	fL	36,0	± 11,0	36,5	± 12,0	39,5	± 13,0		
	Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	60	± 20	265	± 40	580	± 60		
	MPV/VPM	fL	9,3	± 3,5	9,4	± 3,5	9,6	± 3,5		
	PDW/IDP	fL	11,0	± 10,0	11,0	± 10,0	11,0	± 10,0		
	P-LCR/RGC	%	22,0	± 15,0	19,0	± 15,0	20,5	± 15,0		
	Pct	%	0,06	± 0,04	0,25	± 0,15	0,56	± 0,25		

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.

EC REP



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

