LABEX KONTROLLBLOD 16 (LOT 1824) Ημ. Λήξης: 22-08-2019

INSTRUMENT		1824Low ΜΕΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ			1824Normal ΜΕΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ			1824High ΜΕΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ		
ERMA PCE 210 (3-PART DIFF)										
WBC	10^9/L	**3,2**	±	0.3	**9,0**	±	0.6	**20,7**	±	2.5
LYMPH#	10^9/L	**1,5**	±	0.3	**3,5**	±	0.7	**6,9**	±	1.3
MID#	10^9/L	**0,3**	±	0.1	**0,7**	±	0.3	**0,7**	±	0.5
GRAN#	10^9/L	**1,3**	±	0.3	**4,8**	±	0.7	**13,1**	±	3.0
LYMPH	%	**47,9**	±	10.0	**38,9**	±	7.0	**33,2**	±	6.0
MID	%	**8,9**	±	6.0	**8,2**	±	2.9	**3,4**	±	2.0
GRAN	%	**43,2**	±	8.0	**52,9**	±	6.0	**63,4**		6.0
RBC	10^{12}/L	**2,46**	±	0.15	**4,36**	±	0.20	**5,06**		0.25
HGB	g/dL	**6,1**	±	0.3	**12,0**	±	0.4	**16,2**	±	0.6
HCT	%	**20,3**	±	2	**38,2**	±	3.0	**49,0**	±	4.0
MCV	fL	**82,5**	±	6.0	**88,9**	±	6.0	**96,8**	±	6.0
MCH	pg	**24,8**	±	1.5	**28,2**	±	1.5	**32,0**	±	1.5
MCHC	g/L	**30,0**	±	3,0	**31,7**	±	2,5	**33,1**	±	2,5
RDW	%	**13,6**	±	5.0	**12,4**	±	5.0	**12,6**	±	5.0
PLT	10^9/L	**84**	±	15	**199**	±	30	**476**	±	60
MPV	fL	**9,7**	±	1.5	**9,0**	±	1.5	**9.4**	±	1.5
SYSMEX KX-21										
WBC	10^9/L	**3,6**	±	0.3	**8,1**	±	0.5	**20,7**	±	2.5
RBC	10^{12}/L	**2,49**	±	0.15	**4,16**	±	0.15	**5,06**	±	0.25
HGB	g/dL	**7.0**	±	0.3	**12,3**	±	0.4	**16.2**	±	0.6
HCT	%	**21.0**	±	2.0	**33,7**	±	2.5	**49.0**	±	4.0
MCV	fL	**79**	±	6	**81,1**	±	3	**96.8**	±	6
MCH	pg	**28,2**	±	1.5	**29,5**	±	2.0	**32,0**	±	1.5
MCHC	g/L	**35.7**	±	3.0	**36,4**	±	3.0	**33.1**	±	2.5
RDW	%	**13,9**	±	5.0	**10,3**	±	2.1	**12,6**	±	5.0
PLT	10^9/L	**65**	±	15	**215**	±	25	**476**	±	60
MPV	fL	**8,1**	±	1.5	**10,8**	±	2.0	**9,4**	±	1.5
WBC	10^9/L					±	0.7			
RBC	10^{12}/L					±	0.24			
HGB	g/L					±	5			
HCT	%					±	4.2			
MCV	fL					±	5.0			
MCH	pg					±	2.8			
MCHC	g/L					±	51			
RDW-SD	fL					±	10.0			
RDW-CV	%					±	5.0			
PLT	10^9/L					±	40			
MPV	fL					±	3.0			

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

1. Αφήνουμε το φιαλίδιο να αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος.
2. Αναδεύουμε στις παλάμες μας για 20 δευτερόλεπτα (σε όρθια και ανάποδη θέση).
3. Τοποθετούμε στον αναδευτήρα σωληναρίων για 5 λεπτά.
4. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 2.
5. Αναδεύουμε 5 φορές με το χέρι (αναστροφές).
6. Αφού γίνει η μέτρηση καθαρίζουμε καλά το χείλος του φιαλιδίου όπως και το εσωτερικό του καπακιού από υπολείμματα.
7. Βάζουμε το πώμα και διατηρούμε το φιαλίδιο στο ψυγείο στους 2° – 8° C.