

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0222

F

QCP Data Months : **February, March, April**
Mois de Contrôle : **Février, Mars, Avril**



2022-05-05

Instruments : SYSMEX (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B0222L	LOT	B0222N	LOT	B0222H
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
SYSMEX	WBC/GB	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	2,00 ± 0,40	7,40 ± 1,00	19,50 ± 2,00		
SYSMEX KX-21	LYM% *	%	31,0 ± 31,0	30,0 ± 30,0	12,5 ± 12,5		
	MXD% *	%	7,5 ± 7,5	4,0 ± 4,0	4,0 ± 4,0		
	NEUT% *	%	61,5 ± 38,5	66,0 ± 34,0	83,5 ± 16,5		
	LYM# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,6 ± 0,6	2,2 ± 2,2	2,4 ± 2,4		
	MXD# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3	0,8 ± 0,8		
	NEUT# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,2 ± 1,2	4,9 ± 3,5	16,3 ± 5,2		
	RBC/GR	$10^6/\mu\text{L} \& 10^{12}/\text{L}$	2,30 ± 0,16	4,65 ± 0,20	5,65 ± 0,25		
	Hgb	g/dL	6,0 ± 0,4	13,7 ± 0,5	18,4 ± 0,7		
		g/L	60 ± 4	137 ± 5	184 ± 7		
		mmol/L	3,73 ± 0,25	8,51 ± 0,31	11,43 ± 0,43		
	Hct	%	16,5 ± 2,5	37,9 ± 2,7	49,4 ± 3,0		
		L/L	0,165 ± 0,025	0,379 ± 0,027	0,494 ± 0,030		
	MCV/VGM	fL	71,7 ± 6,0	81,5 ± 6,0	87,4 ± 6,0		
	MCH/TCMH	pg	26,1 ± 2,5	29,5 ± 3,0	32,6 ± 3,2		
		fmol	1,62 ± 0,16	1,83 ± 0,19	2,02 ± 0,20		
	MCHC/CCMH	g/dL	36,4 ± 4,0	36,1 ± 4,0	37,2 ± 4,0		
		g/L	364 ± 40	361 ± 40	372 ± 40		
		mmol/L	22,6 ± 2,5	22,5 ± 2,5	23,1 ± 2,5		
	RDW-CV/IDR-CV	%	17,0 ± 5,0	14,0 ± 5,0	11,5 ± 5,0		
	RDW-SD/IDR-SD	fL	39,5 ± 11,0	38,5 ± 12,0	38,5 ± 13,0		
	Plt	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	60 ± 20	270 ± 40	595 ± 60		
MPV/VPM	fL	8,6 ± 3,5	9,1 ± 3,5	9,4 ± 3,5			
PDW/IDP	fL	13,5 ± 10,0	12,5 ± 10,0	12,5 ± 10,0			
P-LCR/RGC	%	23,5 ± 15,0	24,0 ± 15,0	23,0 ± 15,0			
Pct	%	0,05 ± 0,04	0,25 ± 0,15	0,56 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France.

Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Me Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

