

**HEMOTROL N**  
Plasma Control Normal  
Normal Plasma Control

**HEMOTROL N (GN 1100)**  
**Lote/lot 11926453**

**Valores obtenidos con los reactivos Gernon:**  
**Obtained values with Gernon reagents:**

Test	Reactivo / Reagent	Rango / Range
PT	Hemoplastin L	10.2-13.8 s
PTT	Hemos PTT	24.2 - 32.7 s
FB	Hemofibrin	280 - 379 mg/dL

*Los rangos de aceptación han sido ensayados con el lote de Hemoplastin L 11926372 y el lote de Hemos PTT 11926437. Estos valores no comprometen los valores obtenidos con otros lotes y deben ser considerados sólo como indicativos.*

*Ranges of acceptance have been tested with the reagent Hemoplastin L lot 11926372 and Hemos PTT lot 11926437. These values do not compromise the values obtained with different reagent lots and must be considered only as indicative.*