

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES  
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

**LOT**

**B1122**

**L**

QCP Data Months :  
Mois de Contrôle :

**November, December, January**  
**Novembre, Décembre, Janvier**



**2023-02-05**

Instruments : <b>SYSMEX QC MODE (1)</b>		CONTROL		CONTROL		CONTROL	
Instrument	Parameter / Paramètre	L		N		H	
		LOT	B1122L	LOT	B1122N	LOT	B1122H
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites
SYSMEX	WBC/GB	10 <sup>3</sup> /μL & 10 <sup>9</sup> /L	2,2 ± 0,4	7,3 ± 1,0	18,9 ± 2,0		
	LYM% *	%	57,5 ± 42,5	31,0 ± 31,0	13,5 ± 13,5		
	MXD% *	%	3,0 ± 3,0	1,5 ± 1,5	1,5 ± 1,5		
	NEUT% *	%	39,5 ± 39,5	67,5 ± 32,5	85,0 ± 15,0		
	LYM# *	10 <sup>3</sup> /μL & 10 <sup>9</sup> /L	1,3 ± 1,0	2,3 ± 2,3	2,6 ± 2,6		
	MXD# *	10 <sup>3</sup> /μL & 10 <sup>9</sup> /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3		
	NEUT# *	10 <sup>3</sup> /μL & 10 <sup>9</sup> /L	0,9 ± 0,9	4,9 ± 3,4	16,1 ± 4,8		
	RBC/GR	10 <sup>6</sup> /μL & 10 <sup>12</sup> /L	2,30 ± 0,16	4,65 ± 0,20	5,70 ± 0,25		
	Hgb	g/dL	5,8 ± 0,4	13,0 ± 0,5	17,8 ± 0,7		
		g/L	58 ± 4	130 ± 5	178 ± 7		
SYSMEX XP-100		mmol/L	3,60 ± 0,25	8,07 ± 0,31	11,05 ± 0,43		
SYSMEX XP-300	Hct	%	16,6 ± 2,5	37,3 ± 2,7	49,7 ± 3,0		
		L/L	0,166 ± 0,025	0,373 ± 0,027	0,497 ± 0,030		
	MCV/VGM	fL	72,2 ± 6,0	80,2 ± 6,0	87,2 ± 6,0		
	MCH/TCMH	pg	25,2 ± 2,5	28,0 ± 3,0	31,2 ± 3,2		
		fmol	1,57 ± 0,16	1,74 ± 0,19	1,94 ± 0,20		
	MCHC/CCMH	g/dL	34,9 ± 4,0	34,9 ± 4,0	35,8 ± 4,0		
		g/L	349 ± 40	349 ± 40	358 ± 40		
		mmol/L	21,7 ± 2,5	21,6 ± 2,5	22,2 ± 2,5		
	RDW-CV/IDR-CV	%	12,5 ± 5,0	12,5 ± 5,0	10,0 ± 5,0		
	RDW-SD/IDR-SD	fL	36,5 ± 11,0	39,5 ± 12,0	36,5 ± 13,0		
Plt	10 <sup>3</sup> /μL & 10 <sup>9</sup> /L	70 ± 20	270 ± 40	640 ± 60			
MPV/VPM	fL	8,9 ± 3,5	9,7 ± 3,5	9,5 ± 3,5			
PDW/IDP	fL	11,0 ± 10,0	12,0 ± 10,0	11,5 ± 10,0			
P-LCR/RGC	%	22,5 ± 15,0	25,5 ± 15,0	23,5 ± 15,0			
Pct	%	0,06 ± 0,04	0,26 ± 0,15	0,61 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France.

Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

\* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

\* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technne® - 19 Rue Louis Delourmel  
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

