

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B1123

L

QCP Data Months : **November, December, January**
Mois de Contrôle : **Novembre, Décembre, Janvier**



2024-02-05

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)		CONTROL	L	CONTROL	N	CONTROL	H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B1123L	LOT	B1123N	LOT	B1123H	
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit	
		Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites	
SYSMEX	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,8 ± 0,4	7,0 ± 1,0	18,3 ± 2,0			
	LYM% *	%	56,5 ± 43,5	32,0 ± 32,0	13,5 ± 13,5			
	MXD% *	%	2,0 ± 2,0	2,0 ± 2,0	2,5 ± 2,5			
	NEUT% *	%	41,5 ± 41,5	66,0 ± 34,0	84,0 ± 16,0			
	LYM# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,0 ± 0,8	2,2 ± 2,2	2,5 ± 2,5			
	MXD# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,5 ± 0,5			
	NEUT# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,7 ± 0,7	4,6 ± 3,4	15,4 ± 4,9			
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,30 ± 0,16	4,60 ± 0,20	5,60 ± 0,25			
	Hgb	g/dL	5,8 ± 0,4	12,9 ± 0,5	17,5 ± 0,7			
		g/L	58 ± 4	129 ± 5	175 ± 7			
	SYSMEX XP-100	mmol/L	3,60 ± 0,25	8,01 ± 0,31	10,87 ± 0,43			
	SYSMEX XP-300	Hct	%	16,4 ± 2,5	36,7 ± 2,7	48,5 ± 3,0		
		L/L	0,164 ± 0,025	0,367 ± 0,027	0,485 ± 0,030			
		MCV/VGM	fL	71,3 ± 6,0	79,8 ± 6,0	86,6 ± 6,0		
	MCH/TCMH	pg	25,2 ± 2,5	28,0 ± 3,0	31,3 ± 3,2			
		fmol	1,57 ± 0,16	1,74 ± 0,19	1,94 ± 0,20			
	MCHC/CCMH	g/dL	35,4 ± 4,0	35,1 ± 4,0	36,1 ± 4,0			
		g/L	354 ± 40	351 ± 40	361 ± 40			
		mmol/L	22,0 ± 2,5	21,8 ± 2,5	22,4 ± 2,5			
	RDW-CV/IDR-CV	%	12,0 ± 5,0	12,5 ± 5,0	11,5 ± 5,0			
	RDW-SD/IDR-SD	fL	36,0 ± 11,0	40,5 ± 12,0	40,5 ± 13,0			
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	60 ± 20	260 ± 40	580 ± 60			
	MPV/VPM	fL	9,2 ± 3,5	8,8 ± 3,5	9,0 ± 3,5			
	PDW/IDP	fL	9,5 ± 10,0	11,0 ± 10,0	11,0 ± 10,0			
	P-LCR/RGC	%	26,0 ± 15,0	20,5 ± 15,0	20,0 ± 15,0			
	Pct	%	0,06 ± 0,04	0,23 ± 0,15	0,52 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

AV03D01-V26 07/2023