

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B1124

L

QCP Data Months : November, December, January
Mois de Contrôle : Novembre, Décembre, Janvier



2025-02-05

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B1124L	LOT	B1124N	LOT	B1124H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	
SYSMEX	WBC/GB	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,0 ± 0,4	6,9 ± 1,0	18,1 ± 2,0			
	LYM% *	%	55,0 ± 45,0	31,5 ± 31,5	16,0 ± 16,0			
	MXD% *	%	2,5 ± 2,5	1,5 ± 1,5	1,5 ± 1,5			
	NEUT% *	%	42,5 ± 42,5	67,0 ± 33,0	82,5 ± 17,5			
	LYM# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,1 ± 0,9	2,2 ± 2,2	2,9 ± 2,9			
	MXD# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3			
	NEUT# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,9 ± 0,9	4,6 ± 3,3	14,9 ± 5,2			
	RBC/GR	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,40 ± 0,16	4,65 ± 0,20	5,75 ± 0,25			
	Hgb	g/dL	5,9 ± 0,4	13,0 ± 0,5	17,8 ± 0,7			
		g/L	59 ± 4	130 ± 5	178 ± 7			
	SYSMEX XP-100		mmol/L	3,66 ± 0,25	8,07 ± 0,31	11,05 ± 0,43		
	SYSMEX XP-300	Hct	%	17,4 ± 2,5	37,2 ± 2,7	50,0 ± 3,0		
		L/L	0,174 ± 0,025	0,372 ± 0,027	0,500 ± 0,030			
	MCV/VGM	fL	72,5 ± 6,0	80,0 ± 6,0	87,0 ± 6,0			
	MCH/TCMH	pg	24,6 ± 2,5	28,0 ± 3,0	31,0 ± 3,2			
		fmol	1,53 ± 0,16	1,74 ± 0,19	1,92 ± 0,20			
	MCHC/CCMH	g/dL	33,9 ± 4,0	34,9 ± 4,0	35,6 ± 4,0			
		g/L	339 ± 40	349 ± 40	356 ± 40			
		mmol/L	21,0 ± 2,5	21,7 ± 2,5	22,1 ± 2,5			
	RDW-CV/IDR-CV	%	11,0 ± 5,0	11,5 ± 5,0	10,5 ± 5,0			
	RDW-SD/IDR-SD	fL	34,5 ± 11,0	39,0 ± 12,0	43,5 ± 13,0			
	Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	60 ± 20	265 ± 40	575 ± 60			
	MPV/VPM	fL	8,4 ± 3,5	8,6 ± 3,5	8,5 ± 3,5			
	PDW/IDP	fL	10,5 ± 10,0	10,0 ± 10,0	10,0 ± 10,0			
	P-LCR/RGC	%	16,5 ± 15,0	16,5 ± 15,0	17,0 ± 15,0			
	Pct	%	0,05 ± 0,04	0,23 ± 0,15	0,49 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

