

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B1125

L

QCP Data Months : November, December, January
Mois de Contrôle : Novembre, Décembre, Janvier



2026-02-05

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B1125L	LOT	B1125N	LOT	B1125H	
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit	
		Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites	
SYSMEX SYSMEX XP-100 SYSMEX XP-300	WBC/GB	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,9 ± 0,4	7,0 ± 1,0	18,8 ± 2,0			
	LYM% *	%	53,5 ± 46,5	29,5 ± 29,5	12,5 ± 12,5			
	MXD% *	%	2,0 ± 2,0	1,5 ± 1,5	1,5 ± 1,5			
	NEUT% *	%	44,5 ± 44,5	69,0 ± 31,0	86,0 ± 14,0			
	LYM# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,0 ± 0,9	2,1 ± 2,1	2,4 ± 2,4			
	MXD# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3			
	NEUT# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,8 ± 0,8	4,8 ± 3,2	16,2 ± 4,6			
	RBC/GR	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,30 ± 0,16	4,55 ± 0,20	5,65 ± 0,25			
	Hgb	g/dL	5,9 ± 0,4	13,1 ± 0,5	17,7 ± 0,7			
		g/L	59 ± 4	131 ± 5	177 ± 7			
		mmol/L	3,66 ± 0,25	8,14 ± 0,31	10,99 ± 0,43			
	Hct	%	16,8 ± 2,5	36,7 ± 2,7	49,2 ± 3,0			
		L/L	0,168 ± 0,025	0,367 ± 0,027	0,492 ± 0,030			
		MCV/VGM	fL	73,0 ± 6,0	80,7 ± 6,0	87,1 ± 6,0		
		MCH/TCMH	pg	25,7 ± 2,5	28,8 ± 3,0	31,3 ± 3,2		
			fmol	1,59 ± 0,15	1,79 ± 0,19	1,95 ± 0,20		
		MCHC/CCMH	g/dL	35,1 ± 4,0	35,7 ± 4,0	36,0 ± 4,0		
			g/L	351 ± 40	357 ± 40	360 ± 40		
			mmol/L	21,8 ± 2,5	22,2 ± 2,5	22,3 ± 2,5		
		RDW-CV/IDR-CV	%	12,5 ± 5,0	11,5 ± 5,0	11,0 ± 5,0		
	RDW-SD/IDR-SD	fL	33,0 ± 11,0	33,0 ± 12,0	34,0 ± 13,0			
	Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	60 ± 20	265 ± 40	595 ± 60			
	MPV/VPM	fL	8,2 ± 3,5	8,3 ± 3,5	8,4 ± 3,5			
	PDW/IDP	fL	9,5 ± 9,5	10,0 ± 9,5	10,0 ± 9,5			
	P-LCR/RGC	%	16,5 ± 14,5	16,0 ± 14,5	16,5 ± 13,0			
	Pct	%	0,05 ± 0,04	0,22 ± 0,15	0,50 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

