

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0223

L

QCP Data Months : February, March, April
Mois de Contrôle : Février, Mars, Avril



2023-05-05

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B0223L	LOT	B0223N	LOT	B0223H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	
SYSMEX	WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	2,0 ± 0,4	7,3 ± 1,0	18,8 ± 2,0			
	LYM% *	%	57,5 ± 42,5	30,5 ± 30,5	13,5 ± 13,5			
	MXD% *	%	2,0 ± 2,0	2,0 ± 2,0	1,5 ± 1,5			
	NEUT% *	%	40,5 ± 40,5	67,5 ± 32,5	85,0 ± 15,0			
	LYM# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	1,2 ± 0,9	2,2 ± 2,2	2,5 ± 2,5			
	MXD# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3			
	NEUT# *	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,8 ± 0,8	4,9 ± 3,4	16,0 ± 4,8			
	RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,30 ± 0,16	4,50 ± 0,20	5,65 ± 0,25			
	Hgb	g/dL	5,7 ± 0,4	12,9 ± 0,5	17,5 ± 0,7			
		g/L	57 ± 4	129 ± 5	175 ± 7			
	SYSMEX XP-100		mmol/L	3,54 ± 0,25	8,01 ± 0,31	10,87 ± 0,43		
	SYSMEX XP-300	Hct	%	16,6 ± 2,5	36,3 ± 2,7	48,7 ± 3,0		
			L/L	0,166 ± 0,025	0,363 ± 0,027	0,487 ± 0,030		
		MCV/VGM	fL	72,2 ± 6,0	80,7 ± 6,0	86,2 ± 6,0		
	MCH/TCMH	pg	24,8 ± 2,5	28,7 ± 3,0	31,0 ± 3,2			
		fmol	1,54 ± 0,16	1,78 ± 0,19	1,92 ± 0,20			
	MCHC/CCMH	g/dL	34,3 ± 4,0	35,5 ± 4,0	35,9 ± 4,0			
		g/L	343 ± 40	355 ± 40	359 ± 40			
		mmol/L	21,3 ± 2,5	22,1 ± 2,5	22,3 ± 2,5			
	RDW-CV/IDR-CV	%	12,0 ± 5,0	11,0 ± 5,0	10,0 ± 5,0			
	RDW-SD/IDR-SD	fL	36,0 ± 11,0	36,5 ± 12,0	36,5 ± 13,0			
	Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	65 ± 20	275 ± 40	605 ± 60			
	MPV/VPM	fL	9,8 ± 3,5	9,5 ± 3,5	10,0 ± 3,5			
	PDW/IDP	fL	12,0 ± 10,0	11,5 ± 10,0	12,5 ± 10,0			
	P-LCR/RGC	%	26,0 ± 15,0	24,0 ± 15,0	27,5 ± 15,0			
	Pct	%	0,06 ± 0,04	0,26 ± 0,15	0,61 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.

EC REP



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413



IVD

