

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0225

L

QCP Data Months : February, March, April
Mois de Contrôle : Février, Mars, Avril



2025-05-05

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B0225L	LOT	B0225N	LOT	B0225H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	
SYSMEX	WBC/GB	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,1 ± 0,4	7,5 ± 1,0	19,1 ± 2,0			
	LYM% *	%	53,5 ± 46,5	27,5 ± 27,5	11,5 ± 11,5			
	MXD% *	%	2,0 ± 2,0	3,0 ± 3,0	1,5 ± 1,5			
	NEUT% *	%	44,5 ± 44,5	69,5 ± 30,5	87,0 ± 13,0			
	LYM# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,1 ± 1,0	2,1 ± 2,1	2,2 ± 2,2			
	MXD# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,2	0,3 ± 0,3			
	NEUT# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,9 ± 0,9	5,2 ± 3,3	16,6 ± 4,5			
	RBC/GR	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,40 ± 0,16	4,75 ± 0,20	5,65 ± 0,25			
	Hgb	g/dL	6,0 ± 0,4	13,5 ± 0,5	17,6 ± 0,7			
		g/L	60 ± 4	135 ± 5	176 ± 7			
	SYSMEX XP-100	Hct	mmol/L	3,73 ± 0,23	8,38 ± 0,31	10,93 ± 0,43		
	SYSMEX XP-300	Hct	%	17,3 ± 2,5	38,0 ± 2,7	48,6 ± 3,0		
		L/L		0,173 ± 0,025	0,380 ± 0,027	0,486 ± 0,030		
	MCV/VGM	fL	72,1 ± 6,0	80,0 ± 6,0	86,0 ± 6,0			
	MCH/TCMH	pg	25,0 ± 2,5	28,4 ± 3,0	31,2 ± 3,2			
		fmol	1,55 ± 0,16	1,76 ± 0,19	1,93 ± 0,20			
	MCHC/CCMH	g/dL	34,7 ± 4,0	35,5 ± 4,0	36,2 ± 4,0			
		g/L	347 ± 40	355 ± 40	362 ± 40			
		mmol/L	21,6 ± 2,5	22,1 ± 2,5	22,5 ± 2,5			
	RDW-CV/IDR-CV	%	12,0 ± 5,0	11,5 ± 5,0	10,5 ± 5,0			
	RDW-SD/IDR-SD	fL	35,0 ± 11,0	33,0 ± 12,0	35,5 ± 13,0			
	Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	65 ± 20	260 ± 40	590 ± 60			
	MPV/VPM	fL	8,2 ± 3,5	8,2 ± 3,5	8,2 ± 3,5			
	PDW/IDP	fL	10,0 ± 10,0	9,5 ± 9,5	9,0 ± 9,0			
	P-LCR/RGC	%	16,5 ± 15,0	15,5 ± 15,0	14,5 ± 14,5			
	Pct	%	0,05 ± 0,04	0,21 ± 0,15	0,48 ± 0,25			

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAI CHATELON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

