

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT B0226



2026-05-05

QCP Data Months : February, March, April
Mois de Contrôle : Février, Mars, Avril

Instruments : SYSMEX QC MODE (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H		
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B0226L	LOT	B0226N	LOT	B0226H	
		Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	Mean Cibles	Limit Limites	
SYSMEX	WBC/GB	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,1 ± 0,4	7,1 ± 1,0	18,5 ± 2,0			
	LYM% *	%	56,0 ± 44,0	28,0 ± 28,0	14,0 ± 14,0			
	MXD% *	%	2,0 ± 2,0	2,0 ± 2,0	1,5 ± 1,5			
	NEUT% *	%	42,0 ± 42,0	70,0 ± 30,0	84,5 ± 15,5			
	LYM# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,2 ± 0,9	2,0 ± 2,0	2,6 ± 2,6			
	MXD# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3			
	NEUT# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,9 ± 0,9	5,0 ± 3,1	15,6 ± 4,9			
	RBC/GR	10 ⁶ /μL & 10 ¹² /L	2,30 ± 0,16	4,60 ± 0,20	5,65 ± 0,25			
	Hgb	g/dL	5,8 ± 0,4	12,9 ± 0,5	17,4 ± 0,7			
		g/L	58 ± 4	129 ± 5	174 ± 7			
	SYSMEX XP-100	mmol/L	3,60 ± 0,25	8,01 ± 0,31	10,81 ± 0,43			
	SYSMEX XP-300	Hct	%	16,8 ± 2,5	36,6 ± 2,7	49,2 ± 3,0		
			L/L	0,168 ± 0,025	0,366 ± 0,027	0,492 ± 0,030		
		MCV/VGM	fL	73,0 ± 6,0	79,6 ± 6,0	87,1 ± 6,0		
MCH/TCMH		pg	25,2 ± 2,5	28,0 ± 3,0	30,8 ± 3,2			
		fmol	1,57 ± 0,16	1,74 ± 0,19	1,91 ± 0,20			
MCHC/CCMH		g/dL	34,5 ± 4,0	35,2 ± 4,0	35,4 ± 4,0			
		g/L	345 ± 40	352 ± 40	354 ± 40			
		mmol/L	21,4 ± 2,5	21,9 ± 2,5	22,0 ± 2,5			
RDW-CV/IDR-CV		%	13,0 ± 5,0	12,0 ± 5,0	12,0 ± 5,0			
RDW-SD/IDR-SD		fL	37,0 ± 11,0	36,5 ± 12,0	42,5 ± 13,0			
Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	65 ± 20	255 ± 40	635 ± 60				
MPV/VPM	fL	8,4 ± 3,5	8,4 ± 3,5	8,9 ± 3,5				
PDW/IDP	fL	9,5 ± 9,5	10,0 ± 9,5	11,0 ± 9,5				
P-LCR/RGC	%	14,0 ± 13,0	15,0 ± 13,0	19,0 ± 15,0				
Pct	%	0,05 ± 0,04	0,21 ± 0,15	0,57 ± 0,25				

(1) Assay values provided by Bio-techne®, France.

Valeurs fournies par Bio-techne®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-techne® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE

R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

