

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0225

F

OCP Data Months : February, March, April
Mois de Contrôle : Février, Mars, Avril



2025-05-05

Instruments : SYSMEX (1)		CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre	LOT	B0225L	LOT	B0225N	LOT	B0225H
		Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit
		Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites
SYSMEX	WBC/GB	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	2,00 ± 0,40	7,60 ± 1,00	19,50 ± 2,00		
SYSMEX KX-21	LYM% *	%	34,5 ± 34,5	27,5 ± 27,5	10,5 ± 10,5		
	MXD% *	%	8,5 ± 8,5	4,0 ± 4,0	3,5 ± 3,5		
	NEUT% *	%	57,0 ± 43,0	68,5 ± 31,5	86,0 ± 14,0		
	LYM# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,7 ± 0,7	2,1 ± 2,1	2,0 ± 2,0		
	MXD# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	0,1 ± 0,1	0,3 ± 0,3	0,7 ± 0,7		
	NEUT# *	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	1,1 ± 1,1	5,2 ± 3,4	16,8 ± 4,7		
	RBC/GR	10 ⁹ /μL & 10 ¹² /L	2,40 ± 0,16	4,75 ± 0,20	5,60 ± 0,25		
	Hgb	g/dL	6,1 ± 0,4	14,1 ± 0,5	18,2 ± 0,7		
		g/L	61 ± 4	141 ± 5	182 ± 7		
		mmol/L	3,79 ± 0,25	8,76 ± 0,31	11,30 ± 0,43		
	Hct	%	17,6 ± 2,5	39,6 ± 2,7	50,0 ± 3,0		
		L/L	0,176 ± 0,025	0,396 ± 0,027	0,500 ± 0,030		
	MCV/VGM	fL	73,3 ± 6,0	83,4 ± 6,0	89,3 ± 6,0		
	MCH/TCMH	pg	25,4 ± 2,5	29,7 ± 3,0	32,5 ± 3,2		
		fmol	1,58 ± 0,16	1,84 ± 0,19	2,02 ± 0,20		
	MCHC/CCMH	g/dL	34,7 ± 4,0	35,6 ± 4,0	36,4 ± 4,0		
		g/L	347 ± 40	356 ± 40	364 ± 40		
		mmol/L	21,5 ± 2,5	22,1 ± 2,5	22,6 ± 2,5		
	RDW-CV/IDR-CV	%	17,0 ± 5,0	13,5 ± 5,0	12,0 ± 5,0		
	RDW-SD/IDR-SD	fL	39,5 ± 11,0	39,5 ± 12,0	37,5 ± 13,0		
	Plt	10 ³ /μL & 10 ⁹ /L	65 ± 20	255 ± 40	570 ± 60		
	MPV/VPM	fL	8,0 ± 3,5	8,3 ± 3,5	8,3 ± 3,5		
	PDW/IDP	fL	13,5 ± 10,0	12,5 ± 10,0	12,5 ± 10,0		
	P-LCR/BGC	%	23,5 ± 15,0	24,0 ± 15,0	23,0 ± 15,0		
	Pct	%	0,05 ± 0,04	0,21 ± 0,15	0,47 ± 0,25		

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delormel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 514 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

