

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

B0824

F

QCP Data Months : **August, September, October**
Mois de Contrôle : **Août, Septembre, Octobre**



2024-11-05

Instruments : SYSMEX (1)			CONTROL L		CONTROL N		CONTROL H	
Instrument	Parameter / Paramètre		LOT	B0824L	LOT	B0824N	LOT	B0824H
			Mean	Limit	Mean	Limit	Mean	Limit
			Cibles	Limites	Cibles	Limites	Cibles	Limites
SYSMEX	WBC/GB	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,90	± 0,40	7,30	± 1,00	19,20	± 2,00
SYSMEX KX-21	LYM% *	%	40,0	± 40,0	28,0	± 28,0	12,5	± 12,5
	MXD% *	%	5,0	± 5,0	3,5	± 3,5	3,0	± 3,0
	NEUT% *	%	55,0	± 45,0	68,5	± 31,5	84,5	± 15,5
	LYM# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,8	± 0,8	2,0	± 2,0	2,4	± 2,4
	MXD# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	0,1	± 0,1	0,3	± 0,3	0,6	± 0,6
	NEUT# *	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	1,0	± 1,0	5,0	± 3,3	16,2	± 5,0
	RBC/GR	$10^6/\mu\text{L} \& 10^{12}/\text{L}$	2,30	± 0,16	4,65	± 0,20	5,60	± 0,25
	Hgb	g/dL	6,1	± 0,4	13,9	± 0,5	18,4	± 0,7
		g/L	61	± 4	139	± 5	184	± 7
		mmol/L	3,79	± 0,25	8,63	± 0,31	11,43	± 0,43
	Hct	%	17,7	± 2,5	38,6	± 2,7	50,6	± 3,0
		L/L	0,177	± 0,025	0,386	± 0,027	0,506	± 0,030
	MCV/VGM	fL	77,0	± 6,0	83,0	± 6,0	90,4	± 6,0
	MCH/TCMH	pg	26,5	± 2,5	29,9	± 3,0	32,9	± 3,2
		fmol	1,65	± 0,16	1,86	± 0,19	2,04	± 0,20
	MCHC/CCMH	g/dL	34,5	± 4,0	36,0	± 4,0	36,4	± 4,0
		g/L	345	± 40	360	± 40	364	± 40
		mmol/L	21,4	± 2,5	22,4	± 2,5	22,6	± 2,5
	RDW-CV/IDR-CV	%	18,0	± 5,0	13,5	± 5,0	12,0	± 5,0
	RDW-SD/IDR-SD	fL	40,5	± 11,0	39,5	± 12,0	40,0	± 13,0
	Plt	$10^3/\mu\text{L} \& 10^9/\text{L}$	60	± 20	250	± 40	540	± 60
	MPV/VPM	fL	8,7	± 3,5	8,5	± 3,5	8,7	± 3,5
	PDW/IDP	fL	13,5	± 10,0	12,5	± 10,0	12,5	± 10,0
	P-LCR/RGC	%	23,5	± 15,0	24,0	± 15,0	23,0	± 15,0
	Pct	%	0,05	± 0,04	0,21	± 0,15	0,47	± 0,25

(1) Assay values provided by Bio-technie®, France.

Valeurs fournies par Bio-technie®, France.

* LYM%, MXD% and NEUT% parameters may vote out. Values indicated are for information only.

* Les paramètres LYM%, MXD% et NEUT% peuvent être rejetés. Les valeurs indiquées sont données à titre informatif.



Bio-technie® - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R&D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413

