

HEMOTROL N
Plasma Control Normal
Normal Plasma Control

HEMOTROL N (GN 1100)
Lote/lot 11628584

Valores obtenidos con los reactivos Gernon:
Obtained values with Gernon reagents:

Test	Reactivo / Reagent	Rango / Range
PT	Hemoplastin L	10.3 - 14.9 s
PTT	Hemos PTT	27 - 38.8 s
FB	Hemofibrin	252 - 342 mg/dL

Los rangos de aceptación han sido ensayados con los lotes de Hemoplastin L 11628526/11628518 y los lotes de Hemos PTT 11628534/11628542. Estos valores no comprometen los valores obtenidos con otros lotes y deben ser considerados sólo como indicativos.

Ranges of acceptance have been tested with the reagent Hemoplastin L lots 11628526/11628518 and Hemos PTT lots 11628534/11628542.. These values do not compromise the values obtained with different reagent lots and must be considered only as indicative.